

SỞ Y TẾ HUNG YÊN
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178/BVBND-CV
V/v gửi báo giá

Hung Yên, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể theo danh mục đính kèm.

1. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h30 ngày 20/4/2023

Tại địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên.

Hình thức nộp: Trực tiếp, qua mail (bản đầu đồ scan), qua đường bưu điện.

Điện thoại: 0221.600.335, Email: bvbndhy@gmail.com.

2. Nội dung báo giá gồm: Đơn chào giá.

3. Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

- 3.1. Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thông số kỹ thuật, quy cách, ...
- 3.2. Sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất, ...

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng trên cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT, Dực.



Trần Xuân Khánh

(Kèm theo Công văn số 118/BVBNĐ-CV/ĐG/4/2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)



STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Phân nhóm theo Thông tư 14/2020 /TT-BYT	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Găng tay khám các size	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp: Vùng ngón tay: 0,11 mm đến 0,13mm, Lòng bàn tay: 0.10 mm đến 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước giả hóa: $\geq 7,0$ N; Sau giả hóa: $\geq 6,0$ N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước giả hóa: 650%; Sau giả hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10 mg/dm ² . Hàm lượng Protein dưới 200 μ g/dm ² . Tiêu chuẩn ISO 9001 ISO 13485	5	100 đôi/ hộp	Đôi	15,000
2	Ống chống đông EDTA có nút cao su	Ống nghiệm EDTA 2ml nắp cao, mous thấp	5	100 cái/ hộp	cái	5,000
3	Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định	1	100 cái/ hộp	cái	2,000
4	Que thử nước tiểu 10 thông số	- Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm	1	100 test/hộp	Test	2,400
5	Băng dính lụa 5cm x 5m	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Nguyên liệu các nước G7.	2	Hộp/cuộn	Cuộn	200
6	Mask thở khí dung các cỡ dùng một lần	Nắp đậy dễ vận và dung tích bình 6cc/8cc. Thiết kế chống tràn ngăn làm mất thuốc ở bất cứ vị trí nào. Luồng khí giữ nguyên vị trí trừ khi có ý định di chuyển. Ống dây lumien sáng có thể đảm bảo dòng chảy oxy thậm chí khi ống dây bị xoắn, có nhiều loại chiều dài lựa chọn. Sản phẩm màu xanh lá trong suốt hoặc màu trắng trong suốt. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 EC	6	01 cái/ túi	cái	50
7	Test HIV Alere Determine	Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu $\geq 99,75\%$. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7. - Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody, Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương	3	100 test/hộp	Test	400

PHỤ LỤC

(Yêu cầu Bảng báo giá)

(Kèm theo Công văn số *H&B*VBND-CV ngày *B* tháng 04 năm 2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên)

Tên công ty, đơn vị:

Địa chỉ liên hệ: ĐT, Email

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên

Công ty.....,xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá hàng hoá chúng tôi đang phân phối như sau:

STT	Mã vật tư theo Thông tư 04/2017/TT-BYT	Mã HS theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, mã, ký hiệu, xuất xứ (tham khảo)	Thông số kỹ thuật	Phân loại theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã VAT) (VND)	Thành tiền

Hiệu lực của báo giá đến:

....., ngày tháng năm 202...

Đại diện hợp pháp của công ty