

7	Ống nghiệm Heparin	Đức Minh - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông Heparine tỉ lệ 1% (chống đông cho 2ml máu); nắp nhựa màu đen, nhãn màu đen, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Tiêu chuẩn: ISO 9001 – ISO 13485 	100c/hộp 12 hộp/thùng	Chiếc	18.000
---	--------------------	---------------------	--	--------------------------	-------	--------

(Kèm theo Công văn số //BVBND-CV ngày 07/2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, mã, ký hiệu, xuất xứ (tham khảo)	Tiêu chuẩn kỹ thuật/Thông số kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng có bột	Găng tay y tế 240mm - GKT - Nam Tín - Việt Nam	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, thuận cả hai tay. Bề dày tối thiểu 1 lớp: +Vùng ngón tay: 0.11mm±0.02mm +Lòng bàn tay: : 0.10mm±0.02mm +Cổ tay: 0.08mm Chiều dài : 240 mm Chiều rộng lòng bàn tay: +Sire S: 89 ±5mm + Sire M: 95±5mm. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng) 80mg±20mg. Lượng Protein: max 200µg/dm ² Lực kéo đứt: trước lão hóa: min 7,0N, sau lão hóa: min 6,0N. Độ giãn khi đứt: trước lão hóa: min 650%, sau lão hóa: min 550%. Lỗ thủng: AQL 1.5 Tiêu chuẩn ISO 13485:2016. TCVN6343-1:2007	11ộp 50 đôi	Đôi	50.000
2	Ống chống đông EDTA	Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam	* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm . dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE xanh dương. * Hóa chất bên trong là EDTA K2 với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. * Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên thân ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	11ộp 100 ống	Ống	18.000
3	Giấy đo chức năng hô hấp	Hải Anh - Việt Nam	Giấy in nhiệt tương thích với máy đo chức năng hô hấp	Vi 5 cuộn	Cuộn	5
4	Giấy siêu âm đen trắng	Tên thương mại: Giấy in kết quả siêu âm đen trắng SM 110S Ký mã hiệu: Sonomed/ SM 110S Tele- paper (M) Sdn. Bhd.;Malaysia	Kích thước: 110mm x 20m Dùng được cho các loại máy Sony Giấy không dòng kẻ	05 cuộn/ hộp	Cuộn	10
5	Ống nghiệm nước tiểu 16 mm x 10 cm	Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc	Chất liệu: Thủy tinh trung tính Kích thước: đường kính: 16mm Chiều dài ống: 100mm	250 cái/hộp 2000 cái/ thùng	Cái	3.000
6	Điện cực dán	Điện cực dán điện tim F601; Skintact/ F601; LeoNhard Lang GmbH/ Áo	KT: 50mm, dạng hình tròn (dùng cho người lớn) Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. Đóng gói: 30 cái/ gói Xuất xứ: EU	30 cái/ túi 1.500 cái/ hộp 6.000 cái/ thùng	Cái	200

PHỤ LỤC

(Yêu cầu Bảng báo giá)

(Kèm theo Công văn số 36 /BVBNĐ-CV ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên)



Tên công ty, đơn vị:

Địa chỉ liên hệ: ĐT, Email

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên**

Công ty.....xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá hàng hoá chúng tôi đang phân phối như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, mã, ký hiệu, xuất xứ (tham khảo)	Thông số kỹ thuật	Phân loại theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã VAT) (VND)	Thành tiền

..... ngày tháng năm 202...

Đại diện hợp pháp của công ty



Số: 36/BVBND-CV
V/v gửi báo giá

Hung Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể theo danh mục đính kèm.

1. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h30 ngày 16/7/2023

Tại địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Đường Phạm Bạch Hồ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên.

Hình thức nộp: Trực tiếp, qua mail (bản đầu đồ scan), qua đường bưu điện.

Điện thoại: 0221.600.335, Email: bvbndhy@gmail.com.

2. Nội dung báo giá gồm: Đơn chào giá.

3. Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

3.1. Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thông số kỹ thuật, quy cách, ...

3.2. Sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất, ...

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng trên cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT, Được.



Trần Xuân Khánh

