

Số: 648/BVBND- CV

V/v gửi báo giá

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu Kiểm định máy X quang (*Di động và Kỹ thuật số*), đo liều kế cá nhân. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá cho chúng tôi, cụ thể (*theo Phụ lục đính kèm*)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

6. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Thư giới thiệu nộp báo giá: Có đầy đủ thông tin của Quý Công ty/ Nhà cung cấp.
- Văn bản chứng minh Quý Công ty/ Nhà cung cấp có chức năng cung cấp hàng hóa báo giá (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động).
- Mẫu báo giá theo mẫu đính kèm.

7. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.
- Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.
- Cách thức nhận báo giá: Đề nghị nhà thầu gửi báo giá theo 02 hình thức sau đây:

+ Trực tiếp: gửi bản giấy, có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Văn Thư Bệnh viện – Tầng 1 Nhà A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, đường Phạm Bạch Hổ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 02213.600.336, người nhận: Bà Bùi Thị Đức. Lưu ý: Ngoài bì ghi rõ: tên nhà thầu nộp hồ sơ theo dự toán mua sắm nào. Trường hợp hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thấy lạc coi như Bệnh viện không nhận được hồ sơ báo giá.

+ Hình thức thứ hai: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu ký tên và bản điện tử (file mềm) vào hòm thư điện tử của Bệnh viện: bvbndhy@gmail.com hoặc zalo của Ông Vũ Lê Sơn số điện thoại: 0985891507 trong giờ hành chính.

- Thời gian tiếp nhận báo giá chậm nhất trước 16h30 ngày 29/12/2025.
- Các báo giá sau thời gian trên đều không được tiếp nhận.

8. Mục đích và tiêu chí lựa chọn giá dự thầu:

- Mục đích: Xác định giá làm cơ sở tham khảo lập dự toán theo quy định hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức chào giá: Cơ quan doanh nghiệp có đủ chức năng nhiệm vụ và có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.



9. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Nội dung chào giá: Danh mục , số lượng theo phụ lục đính kèm.
- Giá được chào giá là giá đã bao gồm VAT, các loại chi phí phát sinh theo quy định.
- Giá trị hiệu lực của báo giá đề nghị tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký báo giá. Báo giá gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị bản pho to. Bệnh viện

10. Yêu cầu chất lượng sản phẩm

-Yêu cầu về hàng hóa:

+Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đúng chất lượng, thông số kỹ thuật của thiết bị.

+Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất của trang thiết bị đang sử dụng tại đơn vị...

+Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thông số kỹ thuật/tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng/nước sản xuất ...

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa:

+ Hàng hóa được giao nhận, các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh được thực hiện tại khoa có thiết bị cần thực hiện dịch vụ- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

+ Hàng hóa được đóng đúng yêu cầu và phù hợp với phương tiện vận chuyển. Việc đóng gói hàng hóa phải đảm bảo không hư hỏng do va chạm khi bốc dỡ, vận chuyển.

+ Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận chuyển: bảo quản lạnh, chống nắng, chống nấm mốc,...

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng trên cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Lưu ý: Khi công ty được lựa chọn khi đáp ứng đủ năng lực cung cấp và giá cả Bệnh viện sẽ đề nghị cung ứng Hồ sơ năng lực!)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Dược.


Trần Xuân Khánh

Phụ lục: Kiểm định máy X quang (Đi động và Kỹ thuật số), đo liều kế cá nhân
 (Kèm theo Công văn số 48/BVBMT-CV, ngày 28 tháng 12 năm 2025 về việc gửi báo giá của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mỗi thầu	Đơn vị	Ghi chú
1	Máy X-quang kỹ thuật số DR (DEL MEDICAL; Mỹ; 2017)	+ Kiểm định máy Xquang kỹ thuật số - Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra thông tin thiết bị chụp X-quang, chuyển mạch, hoạt động cơ khí của các hệ thống, độ chính xác chỉ thị khoảng cách... - Kiểm tra điện áp đỉnh: Kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh, độ lặp lại của điện áp đỉnh. - Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia - Kiểm tra liều lỗi ra: độ lặp lại liều lỗi ra, độ tuyến tính liều lỗi ra. - Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X-quang. - Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X. - Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ. - Kiểm tra lọc chụp tia sơ cấp - Đánh giá HVL.	1 lần / 1 năm	01	Kiểm định máy
2	Máy X-quang di động (MAC; Italy; 2017)	+ Kiểm định máy Xquang di động - Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra thông tin thiết bị chụp X-quang, chuyển mạch, hoạt động cơ khí của các hệ thống, độ chính xác chỉ thị khoảng cách... - Kiểm tra điện áp đỉnh: Kiểm tra độ chính xác điện áp đỉnh, độ lặp lại của điện áp đỉnh. - Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia - Kiểm tra liều lỗi ra: độ lặp lại liều lỗi ra, độ tuyến tính liều lỗi ra. - Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X-quang. - Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X. - Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ. - Kiểm tra lọc chụp tia sơ cấp - Đánh giá HVL.	1 lần / 1 năm	01	Kiểm định máy
3	Liều kế cá nhân	Đo/đọc liều cá nhân với 3 chỉ số: Hp(10), Hp(0.07), Hp(3) tương đương liều cá nhân ở độ sâu dưới da tương ứng 3mm, 0.07mm, 10mm.	3 tháng/lần	02	Đo/đọc liều kế

Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ: Quý 1- 2026